

## **Трансфер М**

### **Паспорт и Инструкция по эксплуатации**

Электронная версия от 16.06.2024 г.

В настоящем Инструкции изложены основные сведения о приборе Трансфер М. Терминология, использованная в Инструкции, соответствует сформировавшейся в Украине профессиональной лексике в области информотерапии и акупунктурой диагностики.

Список используемых аббревиатур

БАТ — биологически активная точка

ИКП — информационная копия препарата

ТКП — трансфер-копия препарата

### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Прибор Трансфер М (в дальнейшем – прибор) предназначен для медицинских работников и пользователей, занимающихся и интересующихся акупунктурной диагностикой и информотерапией.

Прибор позволяет считывать информационные свойства любых гомеопатических и нативных препаратов, ИКП и биологических проб и переносить эту информацию на различные носители: крупку, сахар-песок, соль, иглы для рефлексотерапии, любые жидкости, парафин, многие металлы и драгметаллы, янтарь, некоторые драгоценные и полудрагоценные камни и т.п. без изменения потенции (один в один).

Трансфер обычно применяется для:

- приготовления информационных копий аллопатических препаратов;
- копирования гомеопатических препаратов;
- приготовления аутонозодов.

Совместно с аппаратами типа Биотестер (пр-ва фирмы «ИБС») или другими подобными, прибор позволяет определить совместимость с организмом человека любых препаратов и материалов и осуществить их индивидуальный подбор по Фоллю или Шиммелью-ВРТ.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

В приборе имеется:

- энергозависимая память ИКП;
- кнопка для переключения режимов работы;
- звуковой индикатор питания и режимов работы;
- встроенная контактная площадка для установки чашки Петри;
- разъём Туре С для подачи питания;
- гнездо для подключения соединительного кабеля.

Прибор может питаться от: настольных и переносных компьютеров, планшетов и смартфонов, сетевых адаптеров, переносных зарядных устройств и т.п.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Прибор Трансфер М.
- Соединительный кабель.
- Чашка Петри.
- Чехол.

Дополнительно (под заказ):

- кабель USB 2.0 АМ – Type С;
- сетевой USB адаптер.

## УСТРОЙСТВО

Прибор размещен в запломбированном корпусе размером 67x129x20 мм. На передней панели находится контактная площадка для чашки Петри и кнопка переключения режимов работы. В торце прибора расположены: разъём для подключения USB кабеля типа Type С и гнездо для подключения соединительного кабеля.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подключите прибор через USB кабель к какому-либо пяти вольтовому источнику питания (например, к стандартному сетевому адаптеру для смартфона). После этого прибор сразу перейдёт в режим Самотестирования и, если всё в порядке издаст звуковой сигнал – прибор готов к работе.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

В общем случае для приготовления ТКП можно применять:

- любые аллопатические или гомеопатические средства в любом виде: порошки, крупки, мази, таблетки, микстуры и т.п.
- ИКП с любых тест-кассет и медикаментозных селекторов.

Трансфер информационных свойств проводится в два этапа. На первом осуществляется запись информации в память прибора. На втором – перенос этой информации на носитель.

1. Запись информации в память прибора.

1.1 Если необходимо приготовить трансфер-копию с реального препарата, поместите его в чашку Петри и положите её на контактную площадку прибора.

**ВАЖНО!** Доза препарата должна быть равна рекомендуемой дозе однократного приёма.

1.2 Если необходимо приготовить аутонозод, поместите в чашку Петри, соответствующую физиологическую пробу (выделение из носа, слюну, урину и т.п.) и положите чашку Петри на контактную площадку прибора.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При необходимости можно размещать препараты и непосредственно на контактной площадке.

1.3 Если необходимо изготовить трансфер-копию с ИКП, подключите тест-кассету или селектор с этой ИКП к прибору с помощью кабеля соединительного.

1.4 Запишите информацию в память прибора. Для этого кратковременно нажмите на кнопку. Прозвучит короткий звуковой сигнал – информация записана в память прибора.

## 2. Перенос информации на носитель.

2.1 Если носителем будет крупка, сахар, соль и т.п. насыпьте её в один слой в чашку Петри и поставьте на контактную площадку прибора.

2.2 Если носителем будет парафин, расплавьте его и нанесите каплю непосредственно на контактную площадку прибора (чашку Петри в этом случае использовать нельзя).

2.3 Если носителем будет вода или др. жидкости: 40% этиловый спирт, физраствор, глицерин и т.п., налейте эту жидкость в какую-нибудь ёмкость и поставьте её на контактную площадку прибора.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Качество трансфера на воду напрямую зависит от материала емкости и объёма воды в ней. Рекомендуется использовать металлическую посуду типа кружек и термосов и заряжать не больше 0.5 литра. Однако, можно использовать посуду также из других материалов: стекло, керамика, хрусталь и т.п. только, в этом случае, для зарядки нужно использовать соединительный кабель. Его надо вставить одним концом в гнездо на приборе, а другой конец опустить в воду. Следует отметить, что заряженную воду нужно хранить в термосе, оберегать от тряски и от электромагнитных полей, поэтому иногда проще заряжать крупку и, по мере надобности, деноминировать обычную воду, бросая в неё эту крупку (одна горошинка на 30 мл)

2.4 Если носителем будет какое-нибудь металлическое изделие или камни, положите их на контактную площадку прибора.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Трансфер на такие носители рекомендуется контролировать по методу Фолля или Шиммеля-ВРТ. Любой носитель должен быть сам по себе нейтральным и никак не влиять на показатели проводимости БАТ. Однако, некоторые камни и металлы (особенно золото) вызывают у отдельных людей снижение показателей БАТ, поэтому им такие носители использовать нельзя. Кроме того, рекомендуется иногда проверять эти носители на предмет сохранения информации. К примеру, информацию довольно удобно записывать на металлический корпус ручных часов. Если они механические, проблем с сохранением этой информации не бывает, и она может сохраняться многие месяцы. Но если часы электронные, то через какое-то время информация может исчезнуть.

2.5 Перенесите информацию на носитель. Для этого нажмите кнопку и удерживайте её в течении примерно 2 сек. Прозвучит звуковой сигнал продолжительностью в 5 сек. – информация записана на носитель.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При проведении трансфера ни в коем случае нельзя прикасаться к контактной площадке прибора и носителю.

В результате трансфера создаётся биологически активное вещество (крупка, вода, металл, парафин и т.д.). Крупка и вода принимается перорально три раза в день. Крупка – по одной горошинке под язык до полного рассасывания, вода – по 30 мл. Кроме того, биологически активные жидкости можно вводить и внутривенно, и внутримышечно, но для этого в качестве носителя лучше использовать не воду, а стерилизованный физиологический раствор. Парафиновые «лепёшки» обычно используют как аппликаторы. Их накладывают на определённую БАТ, закрепляют лейкопластырем и носят весь день. Изделия из металлов и камней так же используются как аппликаторы, но они служат для длительного, в течении многих месяцев, воздействия на организм человека.

Типичные примеры применения ТКП:

- для восстановления организма после лечения антибиотиками;
- для удаления следов жизнедеятельности глистов и др. паразитов из организма;
- для лечения ОРЗ используются аутонозоды, приготовленные из выделений носа.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Биологически активные вещества и жидкости являются лекарствами! Для работы с ними нужно обладать определёнными знаниями в области гомеопатии и информотерапии или периодически консультироваться со специалистами.

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

В процессе эксплуатации прибора необходимо постоянно следить за чистотой контактной площадки и чашки Петри и периодически протирать их спиртом.

## **ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ**

В процессе эксплуатации прибора наиболее вероятной является поломка USB кабеля. В этом случае при подаче питания через такой кабель прибор не издаст звуковой сигнал. Нужно любым доступным способом проверить этот кабель и, если он действительно сломан, заменить его.